


## Инструктаж по технике безопасности

1. К проведению процедур допускаются только врачи и медицинские сестры, прошедшие специальное обучение по физиотерапии, имеющие об этом удостоверение и знающие правила по технике безопасности.
2. Категорически запрещается проводить процедуры санитаркам.
3. Медицинским сестрам не разрешается проводить процедуры без назначения врача.
4. Технический надзор за аппаратной чье ремонт может поручаться только квалифицированному физиотехнику.
5. Персонал физиотерапевтического кабинета и отделения должен систематически изучать инструктаж по технике безопасности.
6. В электросветильниковых кабинетах должны быть предусмотрены специальные защитные устройства для ограждения всех находящихся заземленных предметов, стен, полов, труб центрального отопления.
7. Все электрическая аппаратура в процедурных кабинетах, лабораториях должна быть закрыта защитными экранами. Не разрешается пользоваться электрическими плитками с открытой спиралью и нагревать воду кипятильником.
8. Во время проведения процедур заземленные аппаратуры должны устанавливаться на таком расстоянии от процедурных кушеток, чтобы они были недоступны для пациентов.
9. Если пациент жалуется на дискомфорт при установке аппарата, то он должен оторазмиваться деревянными прокладками.
10. Визуально убедиться, что аппарат установлен на уровне головы пациента или в колене пациента.
11. Процедуры разрешается проводить на исправных аппаратах, запрещается пользоваться электродами, имеющими дефекты, трещины, нельзя допускать скручивания проводов в жесткие узлы.
12. Медсестры, вышедшие на работу, допускаются к эксплуатации аппаратуры только после предварительной проверки их знаний по устройству аппаратуры и уходу за ними.
13. Во время ремонта и регулировки аппаратура отключается от сети.
14. Медсестре запрещается производить каких-либо исправлений внутри аппарата.
15. Во время проведения электросветильниковых процедур персонал обязан следить, чтобы болельщики не спали.
16. Медсестре категорически запрещается оставлять пациентов без надзора во время проведения процедуры.
17. Медсестра по окончании своего рабочего дня обязана выключить рубильники на пусковых цепях и на распределительном щите.
18. Физиотерапевтический кабинет и отделение должны обязательно закрываться по окончании работы. Ключ от кабинета должен находиться на хранение дежурному по учреждению.

Печать ЛПУ



Подпись проводившего инструктаж

Периш

Подпись студента

Данил