

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ
ПРАКТИЧЕСКИЙ НАВЫК**

Дата 25.03.2022

Check-card

Ф.И.О. студента Карнев Денис

Группа 406

Специальность Мед. лаборант. техника

Цикл/Дисциплина Трансфузиология

3.	Выбрал методику, реактивы в соответствии с заданием		+	
4.	Надел одноразовые резиновые перчатки		+	
5.	Выбрал ЦОЛИКЛОН супер Д-(белого цвета)		+	
6.	Выбрал специальное оборудование :белая тарелка или пластинка со смачиваемой поверхностью ; 2 химическох стакана ; вата, спирт, скарификатор, стеклянную палочку		+	
7.	Разметил пластинку подписал «анти - Д»,		+	
8.	Нанёс по одной большой (0,1мл) капле ЦОЛИКЛОН супер Д		+	
9.	Обработал спиртом и проколол палец		+	
10.	Нанёс одну маленькую каплю крови (в 10 раз меньшей, чем капляреагента) рядом с каплей ЦОЛИКЛОНа	x	-	
11.	Перемешал капли крови с реагентом стеклянной палочкой, промывая после перемешивания палочку в воде и вытер её насухо		+	
12.	Заметил время		+	
13.	Периодически покачивая пластинку, ждал 3 минуты. Агглютинация эритроцитов с ЦОЛИКЛОНам обычно наступает в первые 3-5 секунд, но оценку результатов реакции ведут через 3 минуты, чтобы не пропустить позднюю агглютинацию со слабыми разновидностями антигена Д		-	
14.	Обработали рабочую поверхность стола дезинфицирующим раствором		-	
15.	Использованные перчатки поместил в емкость для дезинфекции		-	
16.	Руки после работы тщательно вымыл с мылом, вытер полотенцем.		+	
17.	Заполнил бланк анализа, поставил подпись, дату исследования		-	

**ДОСТИГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: РЕЗУС ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ
ИТОГО ОШИБОК:**

Каждое нарушение последовательности алгоритма оценивается в 0,5 ошибки.

(+) - нет ошибок, (+/-)-0,5 ошибки, (-) - 1,0одна ошибка,

X- КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА, НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕ ВЫПОЛНЕННЫМ.

0 – 1,5 ошибки – «отлично»; 2 – 3,5 ошибки хорошо; 4 – 5,5 ошибки – «удовл.»;

более 2,5-ошибок – «неуд.».

Оценка 4 (хор)

Экзаменатор Шоф