

Инструктаж по технике безопасности

1. Общие требования:

- 1.1. Верхнюю одежду, обувь, головной убор необходимо оставлять в гардеробной.
- 1.2. Необходимо иметь опрятный внешний вид в соответствии с требованиями (медицинский халат, медицинская маска, медицинская шапочка, сменная обувь). Ногти должны быть коротко отстрижены, волосы убраны под шапочку, украшения не должны касаться одежды. При повреждении кожи рук, места повреждений быть закрыты лейкопластырем или повязкой.
- 1.3. Запрещается принимать пищу на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы:

- 2.1. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и случаев травматизма.

- 2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащенность рабочего места. Убрать все лишние предметы.

- 2.3. Привести в порядок Ваше рабочее место.

- 2.4. При недостатках или неисправностях оборудования сообщить руководителю практики и до устранения неполадок и разрешение руководителя к работе не поступать.

К проведению процедур допускаются только врачи и м/с, прошедшие специальную подготовку по физиотерапии, имеющие об этом удостоверение и знающие правила, и технику безопасности.

- 3. Категорически запрещается проводить процедуры санитарам.

- 4. М/с не разрешается проводить процедуры без назначения врача.

- 5. Персонал физиотерапевтического кабинета и отделения должен систематически получать инструктаж по технике безопасности.

- 6. В электросветолечебных кабинетах должны быть предусмотрены специальные защитные устройства для ограждения всех имеющихся заземленных предметов, смен, полов, труб центрального отопления.

- 7. Вся электрическая аппаратура и процедурных кабинетах, лабораториях должна быть закрыта изоляционным материалом. Не разрешается пользоваться электрическими плитками с открытой спиралью и нагревать воду кипятильником.

- 8. Во время проведения процедур заземленные аппараты должны устанавливаться на таком расстоянии от процедурных кушеток, чтобы они были недостижимы для пациентов.

- 9. Если площадь кабинета не позволяет установить аппарат, то он должен отгораживаться деревянным щитком.

- 10. Влажная уборка помещения должна проводиться не менее чем за 1 час до начала приема пациентов или в конце рабочего дня.

- 11. Процедуры разрешается проводить на исправных аппаратах, запрещается пользоваться электродами, имеющими надрывы трещины, нельзя допускать скручивание проводов в месте разрыва.

- 12. М/с, вновь поступающие на работу, допускаются к эксплуатации аппаратуры только после предварительной проверки их знаний по управлению аппаратами и по уходу за ними.

- 13. Во время ремонта и регулировки, аппаратура отключается от сети.

- 14. М/с запрещается производить какие-либо исправления внутри аппарата.

- 15. Во время проведения электросветолечебных процедур персонал обязан следить, чтобы больные не спали.

- 16. М/с по окончании своего рабочего дня обязана выключать рубильники на пусковых щитках и на распределительном щите.

- 17. М/с категорически запрещается оставлять пациента без надзора во время проведения процедуры.

- 18. Физиотерапевтический кабинет и отделение должны обязательно закрываться по окончании работы. Ключ от кабинета должен отдаваться на хранение дежурному по учреждению.



Подпись проводившего инструктаж _____

Подпись студента _____